

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TÀI SẢN HƯ HỎNG ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
(Kèm theo Thông báo số: /TB-TTYT ngày 30 tháng 06 năm 2026)

STT	Tên tài sản (Chi tiết theo từng loại tài sản)	Loại tài sản	Nhãn hiệu/ Model	Seri	Nước sản xuất	Năm SX	Đơn vị tính	Số lượng	Năm đưa vào sử dụng	Nguyên giá (đồng)	Nguồn NS	Nguồn khác	Giá trị còn lại (đồng)	Hình thức xử lý	Lý do đề nghị	Ghi chú
1	Máy gây mê kèm thở + Máy nén khí (BV)	50304	135 UKACT FOCU 000798	2009-12	Mỹ	2009	Cái	1	2010	690.000.000		690.000.000	0	Thanh lý	Màn hình hiển thị, các báo động của nồng độ O2 và áp lực khí thường nhấp nháy rồi tắt. Bảng mạch điều khiển màn hình bị hỏng Cảm biến light barrier sáng, rung lắc không thể điều chỉnh. Bo mạch nguồn của máy bị hỏng, cháy IC. Máy đã hỏng hoàn toàn, không thể vận hành được, tài sản đã hết khấu hao, không còn giá trị sử dụng. Thiết bị hỏng nhiều bộ phận quan trọng, không có linh kiện thay thế để sửa chữa, khôi phục hoạt động	
2	Máy thở chạy điện, dùng khí nén tự cấp (BV)	50304	Puritan Bennett 840 Ventilator™ System 480	3510092135	Ireland	2010	Cái	1	2011	685.000.000		685.000.000	0	Thanh lý	Hệ thống mạch điện điều khiển bị hỏng nặng, thường xuyên báo lỗi, không thể hiệu chỉnh. Board mạch chính (mainboard) và module cảm biến áp lực bị hỏng, không thể khởi động máy. Máy đã hỏng hoàn toàn, không thể vận hành được, tài sản đã hết khấu hao, không còn giá trị sử dụng. Thiết bị hỏng nhiều bộ phận quan trọng, không có linh kiện thay thế để sửa chữa, khôi phục hoạt động	
Tổng cộng								2		1.375.000.000	0	1.375.000.000	0			